

**LAMPIRAN SERTIFIKAT AKREDITASI LK-490-IDN (Penetapan: 23 Juli 2025)**  
**LABORATORIUM KALIBRASI SNI ISO/IEC 17025: 2017 (ISO/IEC 17025: 2017)**

Nama LPK	: PT Promedika Solusi Elektromedic	Masa Berlaku	23 Juli 2025
Alamat	: Ruko Puri Kecana Karah Blok A, No. 1 C, Karah, Jambangan, Surabaya, Jawa Timur	s/d	22 Juli 2030
Telepon	: (031) 8270318		
Email	: promedika.solectromedic@gmail.com		

**KEMAMPUAN KALIBRASI DAN PENGUKURAN (CMC) LABORATORIUM KALIBRASI**

Kelompok pengukuran	Alat atau bahan atau standar yang dikalibrasi atau diukur	Rentang ukur	Ketidakpastian yang diperluas*	Metode kalibrasi/ dokumen standar/ teknik yang digunakan	Keterangan		
Kelistrikan	<i>Electrocardiograph</i>						
	Amplitudo						
	Sensitivitas (5mm/mV)	5 mm	0.45 mm	SK Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan No. HK.02.02/V/0412/2020 (MK 020 2018) 013/MK-ECG/2023			
	Sensitivitas (10mm/mV)	10 mm	0.45 mm				
	Sensitivitas (20mm/mV)	20 mm	0.46 mm				
	Sinyal Sinusoidal	20 mm	0.46 mm				
	Sinyal R-S	20 mm	0.46 mm				
<i>Time Interval</i>							
Sensitivitas (10mm/mV), Kec. Kertas 25mm/s (8 siklus)	100 mm	0.44 mm					
Sensitivitas (10mm/mV), Kec. Kertas 50mm/s (4 siklus)	100 mm	0.44 mm					
Tekanan	<i>Bedside Monitor</i>			SK Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor : HK.02.02/V/0412/2020 (MK 012 2018) 007/MK-BSM/2023	1 mmHg = 133.322 Pa		
	<i>Systole</i>	60 mmHg ~ 200 mmHg	0.90 mmHg				
	<i>Diastole</i>	30 mmHg ~ 150 mmHg	0.95 mmHg				
	<i>Heart Rate</i>	30 bpm ~ 180 bpm	0.70 bpm				
	<i>Blood Pressure Monitor</i>					SK Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor : HK.02.02/V/0412/2020 (MK 014 2018) 006/MK-BPM/2023	
	<i>Systole</i>	60 mmHg ~ 200 mmHg	0.96 mmHg				
<i>Diastole</i>	30 mmHg ~ 150 mmHg	0.95 mmHg					
	<i>Heart Rate</i>	30 bpm ~ 150 bpm	0.70 bpm				

Catatan:

\*) Ketidakpastian yang diperluas dinyatakan pada tingkat kepercayaan 95% dengan faktor cakupan k = 2 yang merupakan ketidakpastian terbaik yang dapat dicapai dalam layanan kalibrasi rutin dengan sumberdaya yang dimiliki laboratorium

Lampiran sertifikat akreditasi ini tidak boleh digandakan kecuali seluruhnya, tanpa persetujuan tertulis dari pihak KAN



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan BSR/E